



ПАСТАНОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« »

2023 г. №

г. Минск

г. Минск

Об изменении постановления Министерства здравоохранения от 26 мая 2008 года № 97 «О внесении изменений и дополнений в санитарные правила и нормы 2.6.1.8-38-2003 «Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований»

На основании части третьей статьи 13 Закона Республики Беларусь от 7 января 2012 г. № 340-З «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», абзаца второго подпункта 8.32 пункта 8 и подпункта 9.1 пункта 9 Положения о Министерстве здравоохранения Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28 октября 2011 г. № 1446, Министерство здравоохранения Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 26 мая 2008 г. № 97 «О внесении изменений и дополнений в санитарные правила и нормы 2.6.1.8-38-2003 «Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований» (далее – постановление) следующие изменения:

преамбулу изложить в следующей редакции:

«На основании части третьей статьи 13 Закона Республики Беларусь от 7 января 2012 г. № 340-З «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», абзаца второго подпункта 8.32 пункта 8 и подпункта 9.1 пункта 9 Положения о Министерстве здравоохранения Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28 октября 2011 г. № 1446, Министерство здравоохранения Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:»;

в подпункте 1.6. пункта 1:

абзац второй изложить в следующей редакции:

«137. Дентальные рентгеновские аппараты (далее - дентальные аппараты), работающие с рентгеновской пленкой, в том числе ортопантомографы, аппараты панорамной рентгенографии разрешается размещать только в рентгеновском отделении (кабинете) организации здравоохранения, расположенной в отдельно

стоящем здании, общественном здании, пристройке к жилому дому, а также во встроенно-пристроенном помещении жилого здания, если смежные по вертикали и горизонтали помещения не являются жилыми.»;

абзац третий исключить;

в абзацах четвертом, седьмом слова «жилыми помещениями» заменить словами «помещениями, где возможно нахождение лиц, не отнесенных к категории облучаемых лиц «персонал»;

в абзаце восьмом после слов «большой защитной ширмой» добавить слова «или стационарным защитным барьером»;

в подпункте 1.8 пункта 1 приложение 12 изложить в следующей редакции (прилагается);

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 марта 2023 г.

Министр

Д.Л.Пиневич

Приложение к постановлению
 Министерства здравоохранения о внесении изменений
 в постановление Министерства здравоохранения от 26
 мая 2008 г. № 97
 «О внесении изменений и дополнений в санитарные
 правила и нормы 2.6.1.8-38-2003 «Гигиенические
 требования к устройству и эксплуатации
 рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению
 рентгенологических исследований»

«Приложение 12
 к Санитарным правилам и нормам
 2.6.1.8-38-2003 "Гигиенические
 требования к устройству
 и эксплуатации рентгеновских
 кабинетов, аппаратов и проведению
 рентгенологических исследований»

**ДОПУСТИМАЯ МОЩНОСТЬ ДОЗЫ РЕНТГЕНОВСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ ЗА
 СТАЦИОНАРНОЙ ЗАЩИТОЙ ПРОЦЕДУРНОЙ РЕНТГЕНОВСКОГО
 КАБИНЕТА ДМД_п И ДМД_е, ЗНАЧЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ T, n, t_p И ПД ДЛЯ
 ПОМЕЩЕНИЙ И ТЕРРИТОРИИ РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ**

Помещение, территории	ДМД _п , (мкГр/ч)	T, отн. ед.	n, отн. ед.	T _p , ч/год	ДМД _е , мкЗв/ч	ПД, мЗв/год
1. Помещения постоянного пребывания персонала (процедурная, комната управления, комната приготовления бария, фотолаборатория, кабинет врача и др.)	13	1	1	1500	13	20
2. Помещения, смежные по вертикали и горизонтали с процедурной рентгеновского кабинета без постоянных рабочих мест (холл, гардероб, лестничная площадка,	2	0,25	1,3	2000	2	1

коридор, комната отдыха,
уборная, кладовая и др.)

3. Помещения, смежные по вертикали и горизонтали с процедурной рентгеновского кабинета, имеющие постоянные рабочие места	0,5	1	1,3	2000	0,5	1
4. Палаты стационара, смежные по вертикали и горизонтали с процедурной рентгеновского кабинета	1,3	0,25	2	3000	1,3	1
5. Территория, прилегающая к наружным стенам процедурной рентгеновского кабинета	2,8	0,12	2	3000	2,8	1
6. Помещения, смежные с процедурной рентгеностоматологического кабинета, где возможно нахождение лиц, не отнесенных к категории облучаемых лиц «персонал»	0,2	1	2	3000	0,2	1